

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	
ชื่อ	อุปกรณ์คุมกำเนิด คุณลักษณะที่- ไดอะแฟรมธรรมชาติ และยางซิลิโคนคุมกำเนิดชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ - ต้องการ และวิธีทดสอบที่จัดทำขึ้น โดยวิธีรับมาตรฐานระหว่างประเทศมาใช้
รายละเอียด	มาตรฐานนี้กำหนดคุณลักษณะขั้นต่ำและวิธีทดสอบไดอะแฟรมชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ไม่ครอบคลุมถึงวัสดุ ปิดกั้นในช่องคลอดเพื่อการคุมกำเนิดชนิดอื่น เช่น หมวกครอบปากมดลูก, วาจิเนสสปองก์ และวาจิเนสซีท ไดอะแฟรมแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ คอยล์สปริงไดอะแฟรม, แพลตสปริงไดอะแฟรม และ อาร์คซึ่งไดอะแฟรม
เลข มอก.	1832-2550

ประเภทผลิตภัณฑ์	
ประเภทผลิตภัณฑ์	ทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 2531	
ประเภท GMDN	10 Single Use Devices
ประเภทตามลักษณะการใช้งาน	วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
ประเภท มอก.	ทั่วไป

กระบวนการผลิต	
วัสดุ	ยาง
รายละเอียดวัสดุ	ยางธรรมชาติ หรือ ยางซิลิโคน
เทคโนโลยีการผลิต	กระบวนการจุ่ม (Dipping)
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	แม่พิมพ์
ผู้ตรวจสอบกระบวนการผลิต	

การทดสอบ	
หัวข้อการทดสอบ	รายละเอียด
สมบัติทางกายภาพ :	มิติ, ข้อบกพร่องที่มองเห็น
สมบัติทางกล :	ทดสอบแรงดึงของโคมสมบัติทางกลของริมและสปริงสำหรับคอยล์สปริงไดอะแฟรม และแพลตสปริงไดอะแฟรม, ความทนแรงกดและการคืนตัวของสปริง
สถานที่ทดสอบ	ข้อจำกัด (* หัวข้อที่ไม่สามารถทดสอบได้)