

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	
ชื่อ	เครื่องมือให้สารละลายทางหลอดเลือดสำหรับใช้ในการแพทย์ เล่ม 2 : จุกยางปิดขวดแก้วบรรจุสารละลายที่ให้ทางหลอดเลือด
รายละเอียด	มาตรฐานที่กำหนดจุกยางที่ใช้ปิดขวดแก้วบรรจุสารละลายชนิดใช้ครั้งเดียว โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามขนาดระบุ ได้แก่ 32 และ 28
เลข มอก.	1819เล่ม2-2542 ISO8536-2

ประเภทผลิตภัณฑ์	
ประเภทผลิตภัณฑ์	ทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 2531	
ประเภท GMDN	10 Single Use Devices
ประเภทตามลักษณะการใช้งาน	วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
ประเภท มอก.	ทั่วไป

กระบวนการผลิต	
วัสดุ	ยาง
รายละเอียดวัสดุ	วัสดุมีความยืดหยุ่นสามารถปิดผนึกเองได้และสารทนอุณหภูมิที่ใช้อบฆ่าเชื้อโรคที่ 121±1 องศาเซลเซียสได้
เทคโนโลยีการผลิต	ขึ้นรูปแม่พิมพ์กดอัด (Compression Mold) ขึ้นรูปแม่พิมพ์ฉีด (Injection Mold)
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	แม่พิมพ์
ผู้ตรวจสอบกระบวนการผลิต	MASCI สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ SGS บริษัท เอสจีเอส จำกัด (ประเทศไทย)

การทดสอบ	
หัวข้อการทดสอบ	รายละเอียด
สมบัติทางกายภาพ :	มิติ
สมบัติทางเคมี :	ปริมาณสารเคมีตามเกณฑ์กำหนด
สมบัติทางชีวภาพ :	ไม่เกิดสารพิษ, สารไพโรเจน หรือสารที่ทำปฏิกิริยากับเม็ดเลือด
สมบัติทางกล :	ความแข็ง, ความแตกเป็นเสี่ยง, ความทนแรงดัน, ความทนการเจาะทะลุ
สมบัติอื่นๆ :	ความต้านทานการบ่มเร่ง
สถานที่ทดสอบ	ข้อจำกัด (* หัวข้อที่ไม่สามารถทดสอบได้)