

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	
ชื่อ	เครื่องมือให้สารละลายทางหลอดเลือดสำหรับใช้ในการแพทย์ เล่ม 1 : ขวดแก้วบรรจุสารละลายที่ให้ทางหลอดเลือด
รายละเอียด	
เลข มอก.	1819 เล่ม1-2542 ISO8536-1

ประเภทผลิตภัณฑ์	
ประเภทผลิตภัณฑ์	ทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 2531	
ประเภท GMDN	10 Single Use Devices
ประเภทตามลักษณะการใช้งาน	วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
ประเภท มอก.	ทั่วไป

กระบวนการผลิต	
วัสดุ	แก้ว
รายละเอียดวัสดุ	แก้วบอโรซิลิเกตสีใสหรือสีชา หรือแก้วโซดาไลม์ซิลิกา (สำหรับการใช้ครั้งเดียว)
เทคโนโลยีการผลิต	กระบวนการเป่า (Blowing)
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	กระบวนการขึ้นรูปพาริสันแก้ว แม่พิมพ์
ผู้ตรวจสอบกระบวนการผลิต	MASCI สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ SGS บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การทดสอบ	
หัวข้อการทดสอบ	รายละเอียด
สมบัติทางกายภาพ :	วัสดุ, คุณสมบัติทั่วไป (ความจุ, มิติ)
สมบัติทางความร้อน :	ความต้านทานความร้อนแบบเฉียบพลัน
สมบัติทางกล :	ความต้านทานไฮโดรไลติก, ความต้านทานความดันภายใน
สมบัติอื่นๆ :	การอบพาสาน
สถานที่ทดสอบ	ข้อจำกัด (* หัวข้อที่ไม่สามารถทดสอบได้)