

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	
ชื่อ	ถุงเก็บปัสสาวะ เล่ม2 คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ
รายละเอียด	มาตรฐานนี้กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะในการใช้งานและวิธีทดสอบถุงเก็บปัสสาวะชนิดเปิดปลายได้และชนิดเปิดปลายไม่ได้ ทั้งแบบที่สามารถผูกติดกับร่างกายและแบบแขวนกับที่แขวนหรือเสาที่ตั้งกับพื้น ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมถุงเก็บปัสสาวะที่ต่อจากหน้าท้อง (Urostomy bags) Urimeter และถุงเก็บปัสสาวะที่ใช้เฉพาะกับเด็ก
เลข มอก.	1806 เล่ม2-2542

ประเภทผลิตภัณฑ์	
ประเภทผลิตภัณฑ์	ทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 2531	
ประเภท GMDN	10 Single Use Devices
ประเภทตามลักษณะการใช้งาน	วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
ประเภท มอก.	ทั่วไป

กระบวนการผลิต	
วัสดุ	พลาสติก
รายละเอียดวัสดุ	
เทคโนโลยีการผลิต	กระบวนการรีด (Calendering)
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	กระบวนการปิดผนึก (Seal machine)
ผู้ตรวจสอบกระบวนการผลิต	MASCI สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ SGS บริษัท เอสจีเอส จำกัด (ประเทศไทย)

การทดสอบ	
หัวข้อการทดสอบ	รายละเอียด
สมบัติทางกายภาพ :	มิติ, ความดัน/เวลาที่ใช้ในการเริ่มไหลเข้าสู่ถุงเก็บปัสสาวะ
สมบัติทางกล :	การรั่วซึมภายใต้แรงกด, ความแข็งแรงของระบบผูกแขวน, ความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อทางเข้ากับถุงเก็บปัสสาวะ, อัตราการเติมของเหลวเข้าสู่ถุงเก็บปัสสาวะ, ทดสอบการรั่วซึม, คุณภาพของวาล์วกับการย้อนกลับ
สถานที่ทดสอบ	ข้อจำกัด (* หัวข้อที่ไม่สามารถทดสอบได้)