

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	
ชื่อ	สายดูดเสมหะ
รายละเอียด	ครอบคลุมเฉพาะสายดูดเสมหะที่ปราศจากเชื้อที่ทำด้วยพลาสติกและสำหรับใช้ครั้งเดียว แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดไม่มีอุปกรณ์ควบคุมแรงดูดสุญญากาศและชนิดมีอุปกรณ์ควบคุมแรงดูดสุญญากาศ
เลข มอก.	1394-2548

ประเภทผลิตภัณฑ์	
ประเภทผลิตภัณฑ์	ทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 2531	
ประเภท GMDN	10 Single Use Devices
ประเภทตามลักษณะการใช้งาน	วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
ประเภท มอก.	ทั่วไป

กระบวนการผลิต	
วัสดุ	พลาสติก
รายละเอียดวัสดุ	ทำจากพลาสติกและใช้ครั้งเดียว
เทคโนโลยีการผลิต	กระบวนการอัดรีด (Extrusion)
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	หัวตายน์ (Die)
ผู้ตรวจสอบกระบวนการผลิต	

การทดสอบ	
หัวข้อการทดสอบ	รายละเอียด
สมบัติทางกายภาพ :	ลักษณะทั่วไป (ความสะอาด), ขนาด, การสวมพอดีของปลายด้านที่ต่อกับเครื่องดูด
สมบัติทางกล :	ความทนแรงดูดสุญญากาศของตัวสายดูดเสมหะ(ตัวผู้และตัวเมีย), ความทนแรงดึง
สมบัติทางชีวภาพ :	ความปราศจากเชื้อ (ทดสอบตาม USP), ความเป็นพิษ (ตามมอก. 720)
สถานที่ทดสอบ	ข้อจำกัด (* หัวข้อที่ไม่สามารถทดสอบได้)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	แรงดูดสุญญากาศที่เหลือภายในตัวสาย (เฉพาะชนิดมีอุปกรณ์ควบคุมแรงดูดสุญญากาศ), คุณลักษณะทางชีวภาพ, การบรรจุ, เครื่องหมายและฉลาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	การสวมพอดีของปลายด้านที่ต่อกับเครื่องดูดชนิดตัวเมีย, แรงดูดสุญญากาศที่เหลือภายในตัวสาย (เฉพาะชนิดมีอุปกรณ์ควบคุมแรงดูดสุญญากาศ)