

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	
ชื่อ	สายสวนปัสสาวะชนิดไม่มีบอลูน
รายละเอียด	ครอบคลุมเฉพาะสายสวนปัสสาวะชนิดไม่มีบอลูนที่ทำให้ปราศจากเชื้อและใช้ครั้งเดียว แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แบบเนลาตัน, แบบวิสเซลทิป, แบบทีเมนน์
เลข มอก.	1358-2548

ประเภทผลิตภัณฑ์	
ประเภทผลิตภัณฑ์	ทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 2531	
ประเภท GMDN	10 Single Use Devices
ประเภทตามลักษณะการใช้งาน	วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
ประเภท มอก.	ทั่วไป

กระบวนการผลิต	
วัสดุ	ยาง และ พลาสติก
รายละเอียดวัสดุ	ประเภททำจากน้ำยางธรรมชาติ และ ประเภททำจากพอลิเมอร์สังเคราะห์ เช่น พอลิไวนิลคลอไรด์
เทคโนโลยีการผลิต	กระบวนการอัดรีด (Extrusion)
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	หัวดายน์ (Die)
ผู้ตรวจสอบกระบวนการผลิต	

การทดสอบ	
หัวข้อการทดสอบ	รายละเอียด
สมบัติทางกายภาพ :	มิติขนาด, ลักษณะผิวภายนอก
สมบัติทางกล :	ความทนแรงดึง, ทดสอบความแน่นของกรวย, อัตราการไหล
สมบัติทางชีวภาพ :	ความปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ (ทดสอบตาม USP), ความเป็นพิษ (ตามมอก. 720)
สถานที่ทดสอบ	ข้อจำกัด (* หัวข้อที่ไม่สามารถทดสอบได้)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	คุณลักษณะทางชีวภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ความแน่นของกรวย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและมิติภายใน, อัตราการไหล, จุลินทรีย์, ความเป็นพิษ
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ลักษณะทางฟิสิกส์ อัตราการไหล, ความทนแรงดึง, ความแน่นของกรวย, คุณลักษณะทางชีวภาพ