

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	
ชื่อ	หมุดเกลียวเหล็กกล้าไร้สนิมยึดกระดูกหัวหลุมหกเหลี่ยมฐานหัวจมรูปทรงกลมเกลียวอสมมาตร
รายละเอียด	
เลข มอก.	1200-2536 ISO5835 Reaffirm2552

ประเภทผลิตภัณฑ์	
ประเภทผลิตภัณฑ์	ทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 2531	
ประเภท GMDN	07 Non-active implantable devices
ประเภทตามลักษณะการใช้งาน	วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
ประเภท มอก.	ทั่วไป

กระบวนการผลิต	
วัสดุ	โลหะ
รายละเอียดวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิม
เทคโนโลยีการผลิต	กระบวนการโลหะผง กระบวนการอัดขึ้นรูป
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	แม่พิมพ์ (Mold)
ผู้ตรวจสอบกระบวนการผลิต	MASCI สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ SGS บริษัท เอสจีเอส จำกัด (ประเทศไทย) TUVN บริษัท ทูฟนอร์ด จำกัด (ประเทศไทย)

การทดสอบ	
หัวข้อการทดสอบ	รายละเอียด
สมบัติทางกายภาพ :	ลักษณะทั่วไป, มิติ, ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน, รหัสนี้เกลียว
สมบัติทางเคมี :	โครงสร้างจุลภาคของวัสดุ, ความทนต่อการกัดกร่อน, ซีดจำกัดของสารฝังใน
สมบัติทางชีวภาพ :	
สมบัติอื่นๆ :	
สถานที่ทดสอบ	ข้อจำกัด (* หัวข้อที่ไม่สามารถทดสอบได้)
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ทดสอบเฉพาะ ลักษณะทั่วไป, วัสดุโครงสร้างจุลภาค, การบรรจุ, เครื่องหมายฉลาก
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ทดสอบเฉพาะรายการวัสดุ, ความทนต่อการกัดกร่อน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	-
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย	รหัสนี้เกลียว, มิติ, เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน, ซีดจำกัดของสารฝังใน, ความทนทานต่อการกัดกร่อน