

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	
ชื่อ	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลนส์สัมผัส พ.ศ.2553
รายละเอียด	เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในการใช้เลนส์สัมผัสทุกประเภท รวมทั้งเป็นการป้องกันการนำเลนส์สัมผัสไปใช้ในทางที่ผิด
เลข มอก.	-

ประเภทผลิตภัณฑ์	
ประเภทผลิตภัณฑ์	ทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 2531	
ประเภท GMDN	08 Ophthalmic and optical device
ประเภทตามลักษณะการใช้งาน	วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
ประเภท มอก.	ทั่วไป

กระบวนการผลิต	
วัสดุ	พลาสติก
รายละเอียดวัสดุ	วัสดุจากฟิล์มเมอร์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นแผ่นใช้ครอบบนกระจกตา (cornea)
เทคโนโลยีการผลิต	การหมุนของเหลวด้วยอัตราความเร็วและอุณหภูมิตามกำหนด (Spin Casting)
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	กระบวนการสังเคราะห์สารแม่พิมพ์
ผู้ตรวจสอบกระบวนการผลิต	

รายละเอียด	
เลนส์สัมผัสเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องได้รับใบอนุญาต	
<p>ฉลาก : ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องแสดงข้อความที่ภาษาขนะบรรจุหรือหีบห่ออย่างชัดเจน แสดงรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชื่อและวัสดุที่ใช้ทำเลนส์สัมผัส - พารามิเตอร์ของเลนส์สัมผัส - ชื่อของสารละลายที่เลนส์สัมผัสแช่อยู่ และระบุรายละเอียดวัตถุกันเสีย - ระยะเวลาการใช้งาน ยกเว้นเลนส์สัมผัสชนิดแข็ง - เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต - จำนวนที่บรรจุ - เดือน ปี ที่หมดอายุ - เลขที่ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ - ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า (กรณีผู้นำเข้าให้แสดงชื่อผู้ผลิต เมืองและประเทศผู้ผลิตด้วย) - แสดงข้อความ “ปราศจากเชื้อ” และกรรมวิธีทำให้ปราศจากเชื้อ - แสดงข้อความ “ใช้ได้ครั้งเดียว” ด้วยตัวอักษรสีแดง กรณีเลนส์สัมผัสประเภทใช้ครั้งเดียว - แสดงข้อความ “ชนิดใส่และถอดทุกวัน” กรณีเลนส์สัมผัสประเภทใส่และถอดทุกวัน - แสดงข้อความ “โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้” ด้วยตัวอักษรสีแดง - แสดงข้อความ “การใช้เลนส์สัมผัสควรได้รับการสั่งใช้และตรวจติดตามทุกปี โดยจักษุแพทย์หรือผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เท่านั้น” ด้วยตัวอักษรสีแดง - แสดงข้อความ “ห้ามแบ่งขาย” 	