

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	
ชื่อ	สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง
รายละเอียด	ครอบคลุมเฉพาะสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางสำหรับการใช้งานครั้งเดียวไม่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ใช้ประกอบ
เลข มอก.	2527-2553 ISO10555-1

ประเภทผลิตภัณฑ์	
ประเภทผลิตภัณฑ์	ทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 2531	
ประเภท GMDN	10 Single Use Devices
ประเภทตามลักษณะการใช้งาน	วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
ประเภท มอก.	ทั่วไป

กระบวนการผลิต	
วัสดุ	พลาสติก และ ยาง
รายละเอียดวัสดุ	
เทคโนโลยีการผลิต	กระบวนการอัดรีด (Extrusion) กระบวนการฉีด (Injection)
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	หัวดายน์ (Die) แม่พิมพ์ (Mold)
ผู้ตรวจสอบกระบวนการผลิต	

การทดสอบ	
หัวข้อการทดสอบ	รายละเอียด
สมบัติทางกายภาพ :	ลักษณะทั่วไป (ไม่มีตำหนิ, สารที่บ่งชี้ต้องแสดงให้เห็นชัดเจน), อัตราการไหล
สมบัติทางกล :	ความทนแรงดึง, อัตราการไหล
สมบัติทางชีวภาพ :	ความปลอดภัยจากเชื้อ (ทดสอบตาม USP), สารไพโรเจน, การทำลายเม็ดเลือด, ความเป็นพิษ (ต่อสัตว์ทดลองและต่อเซลล์เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง), การฝังในร่างกาย (implantation)
สถานที่ทดสอบ	ข้อจำกัด (* หัวข้อที่ไม่สามารถทดสอบได้)