

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	
ชื่อ	พลาสติกอร์แบบม้วน: พลาสติก
รายละเอียด	ครอบคลุมเฉพาะพลาสติกอร์พลาสติกที่เป็นม้วนสำหรับใช้ในทางการแพทย์
เลข มอก.	2499-2553

ประเภทผลิตภัณฑ์	
ประเภทผลิตภัณฑ์	ทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 2531	
ประเภท GMDN	10 Single Use Devices
ประเภทตามลักษณะการใช้งาน	วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
ประเภท มอก.	ทั่วไป

กระบวนการผลิต	
วัสดุ	พลาสติก
รายละเอียดวัสดุ	แถบพลาสติกด้านหนึ่งเคลือบด้วยกาวสังเคราะห์ แล้วทำเป็นม้วนเพื่อใช้ในทางการแพทย์
เทคโนโลยีการผลิต	กระบวนการ calendaring กาวและพลาสติก
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	กระบวนการผสมยางกับจิงค์ออกไซด์ กระบวนการผลิตแผ่นพลาสติก (Film extrusion)
ผู้ตรวจสอบกระบวนการผลิต	

การทดสอบ	
หัวข้อการทดสอบ	รายละเอียด
สมบัติทางกายภาพ :	ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน, ลักษณะทั่วไป (สิ่งแปลกปลอม), ตรวจสอบรอยต่อ, น้ำหนักพลาสติก
สมบัติทางเคมี :	การทดสอบน้ำหนักกาว (สารละลาย)
สมบัติทางกล :	ทดสอบความยืด, ความตึงแน่น
สมบัติอื่นๆ :	การซึมผ่านไอน้ำ
สถานที่ทดสอบ	ข้อจำกัด (* หัวข้อที่ไม่สามารถทดสอบได้)