

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	
ชื่อ	ข้อต่อสามทางใช้ในการแพทย์
รายละเอียด	ครอบคลุมเฉพาะข้อต่อสามทางใช้ในการแพทย์ซึ่งใช้งานครั้งเดียว
เลข มอก.	2384-2551 ISO 8536-10

ประเภทผลิตภัณฑ์	
ประเภทผลิตภัณฑ์	ทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 2531	
ประเภท GMDN	09 Reusable instrument
ประเภทตามลักษณะการใช้งาน	วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
ประเภท มอก.	ทั่วไป

กระบวนการผลิต	
วัสดุ	พลาสติก
รายละเอียดวัสดุ	ทำจากวัสดุคงรูป (rigid) ที่ทนแรงบิดได้ไม่แตกหัก
เทคโนโลยีการผลิต	กระบวนการฉีด (Injection)
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	แม่พิมพ์ (Mold)
ผู้ตรวจสอบกระบวนการผลิต	

การทดสอบ	
หัวข้อการทดสอบ	รายละเอียด
สมบัติทางกายภาพ :	ทดสอบการเปลี่ยนทิศทางการไหล
สมบัติทางเคมี :	ทดสอบสารละลายที่สกัดได้, ความเป็นกรดต่าง, ปริมาณโลหะหนัก, สารรีดิวซ์, ปริมาณกากที่ไม่ระเหย
สมบัติทางกล :	ทดสอบการรั่วซึม
สมบัติทางชีวภาพ :	ความปราศจากเชื้อ (ทดสอบตาม USP), สารไพโรเจน, การทำลายเม็ดเลือด, ความเป็นพิษ (ต่อสัตว์ทดลองและต่อเซลล์)
สมบัติอื่นๆ :	การดูดกลืนแสงของสารละลายที่สกัดได้
สถานที่ทดสอบ	ข้อจำกัด (* หัวข้อที่ไม่สามารถทดสอบได้)